


Ethanol in serum

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Synoniemen | Alcohol | |
| Analysemethode | Immunoassay (methode is gevalideerd) | |
| Uitgevoerd door | Intern | |
| Bepalingsfrequentie | CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. | |
| Aanvraagformulier | ziekenhuisapothek | |
| Benodigd materiaal | 4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop) |  |
| Afnametijd dal-spiegel | n.v.t. | |
| Afnametijd top-spiegel | n.v.t. | |
| Verzendconditie | geen bijzondere verzendcondities | |
| Bewaarconditie | geen bijzondere bewaarcondities | |
| Monsterontvangst | KCHI locatie Noord CITO-lab | |
| Doorlooptijd | Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 1 dag | |
| Referentiewaarden | Dal: | - |
| | Top: | - |
| | Toxisch vanaf | > 1,5 g/L lethargie > 3 g/L stupor > 4 g/L coma |
| Bepalingsgrens | 0,3 g/L | |
| | 2,8 g/L | |
| CTG code | 072820 | |
| Achtergrondinformatie | Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Ethanol | |
| Contactpersoon | F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. | |
| | J. Meijer teamleider citolab (KCHI) J.Meijer@nwz.nl tel:3540 | |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | | |
| | | |